ABSCHLUßDECKEL MIT ÖSE

7330-L2



7330-L2 und 7330-L10

Best.-Nr.	Geeignet für Messuhren/ Digitalmessuhren
7330-L1	2311
7330-L2	2308 2309 (außer Best.-Nr. 2309-30; 2309-30F) 2313 2314 2324 2316
7330-L5	2103 2104 2108 2109 2112 2113 2115
7330-L10	2310

FÜHLHEBELMESSGERÄT VERTIKAL

WERKSKALIBRIERSCHEIN RÜCKFÜHRBAR AUF NIST

EDELSTEIN GELAGERT

2398-08



- Skalenteilung: 0,01mm
- Fehlergrenzen nach DIN2270
- Edelstein gelagert
- Hartmetall Tastspitze
- Zwei Messrichtungen
- Gehäuse antimagnetisch
- Geliefert mit zwei Klemmhaltern: Durchmesser Ø4mm und Ø8mm
- Optionales Zubehör: Tastspitzen



Best.-Nr.	Messbereich	Fehlergrenze	Hysterese	Ziffernblatt
2398-08*	0,8mm	13µm	3µm	0-40-0

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rückführbar auf NIST (USA)

FÜHLHEBELMESSGERÄT MIT ABGEWINKELTEM FEINZEIGER

WERKSKALIBRIERSCHEIN RÜCKFÜHRBAR AUF NIST

EDELSTEIN GELAGERT

2399-08



- Skalenteilung: 0,01mm
- Fehlergrenzen nach DIN2270
- Edelstein gelagert
- Hartmetall Tastspitze
- Zwei Messrichtungen
- Gehäuse antimagnetisch
- Geliefert mit zwei Klemmhaltern: Durchmesser Ø4mm und Ø8mm
- Optionales Zubehör: Tastspitzen



Best.-Nr.	Messbereich	Fehlergrenze	Hysterese	Ziffernblatt
2399-08*	0,8mm	13µm	3µm	0-40-0

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rückführbar auf NIST (USA)

ANLÜFTHEBEL

- Geeignet für Messuhren/ Digitalmessuhren mit Spindeldurchmesser Ø4,5mm oder Ø5mm

Best.-Nr.
7332

7332

FÜHLHEBELMESSGERÄT

WERKSKALIBRIERSCHEIN RÜCKFÜHRBAR AUF NIST

EDELSTEIN GELAGERT

2380-08



- Fehlergrenzen nach DIN2270 (außer Best.-Nr.: **2380-02**, **2381-02**)
- Edelstein gelagert
- Hartmetall Tastspitze
- Zwei Messrichtungen
- Gehäuse antimagnetisch
- Geliefert mit zwei Klemmhaltern: Durchmesser Ø4mm und Ø8mm
- Optionales Zubehör: Tastspitzen

Skalenteilung: 0,01mm **(mm)**

Best.-Nr.	Messbereich	Fehlergrenze	Hysterese	Ziffernblatt	A	L
2380-08*	0,8mm	13µm	3µm	0-40-0	Ø30	13,5
2381-08*	0,8mm	13µm	3µm	0-40-0	Ø37	13,5

Skalenteilung: 0,002mm **(mm)**

Best.-Nr.	Messbereich	Fehlergrenze	Hysterese	Ziffernblatt	A	L
2380-02*	0,2mm	6µm	2µm	0-100-0	Ø30	12,5
2381-02*	0,2mm	6µm	2µm	0-100-0	Ø37	12,5

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rückführbar auf NIST (USA)

FÜHLHEBELMESSGERÄT MIT LANGER TASTSPITZE

WERKSKALIBRIERSCHEIN RÜCKFÜHRBAR AUF NIST

EDELSTEIN GELAGERT

2383-08A



- Skalenteilung: 0,01mm
- Fehlergrenzen nach DIN2270
- Edelstein gelagert
- Hartmetall Tastspitze
- Zwei Messrichtungen
- Gehäuse antimagnetisch
- Geliefert mit zwei Klemmhaltern: Durchmesser Ø4mm und Ø8mm
- Optionales Zubehör: Tastspitzen

Best.-Nr.	Messbereich	Fehlergrenze	Hysterese	Ziffernblatt
2383-08A*	0,8mm	13µm	3µm	0-40-0

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rückführbar auf NIST (USA)